

## Hinweis

In den Beurteilungskriterien 3. Auflage haben sich drei Fehler eingeschlichen.

In Kriterium D 1.4 N findet sich auf Seite 176 in Indikator 4 eine falsche Maßeinheit.

Richtig muss es heißen:

- Bei längerfristig bestehender Substitution liegt eine stabile Dosierung vor, die keine Leistungseinbußen und Ermüdungserscheinungen erwarten lässt. Dies ist individuell sehr stark schwankend, ab einer Dosierung über 60 mg/Tag Methadon fraglich.

In der Tabelle 3 auf Seite 251 ist in der rechten Spalte die Maßeinheit unter Kreatinin in der zweiten Klammer falsch angegeben.

Richtig ist:

„Präanalyt“	Normalbereiche	Grenzen der Verwertbarkeit
Kreatinin	260–2 170 mg/L (F) 390–2 590 mg/L (M)	< 200 mg/L (entsprechend 20 mg/dL): In-vitro- oder in-vivo-Urinverdünnung hinterfragen. Cave bei Personen mit deutlich reduzierter Muskelmasse, die eine unter den Normbereichen liegende Kreatininausscheidung aufweisen können, ohne dass eine Urinmanipulation vorliegen muss  > 3 500 mg/L (entsprechend 350 mg/dL): ...

In der Tabelle 4 auf Seite 272 f. ist im Tabellenkopf in der rechten Spalte die Einheit unter „Haare“ falsch angegeben.

Richtig ist:

Substanzklasse bzw. Targetanalyt	Urin [ng/ml]	Haare [ng/mg]
-------------------------------------	-----------------	------------------

*Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.*